



**LUNDS**  
UNIVERSITET

2009-01-26  
HMS-kommittén

Byggnadsenheten  
Miljö, Klas Nordström Skyddsingenjör

### Utredning av arbetsskador och tillbud inom Fysiska institutionen.

Tre tillbud har rapporterats under år 2008 inom fysiska institutionen.

Två av tillbudena är arbetsskador.

Tillbudena har skett på avdelningen för fasta tillståndets fysik. Ett tillbud var färdolycksfall i bil på väg hem från arbetet. Det andra tillbudet, som skulle rapporteras som en arbetsskada var en brännskada under hantering av heliumgas.

Det tredje tillbudet var att en av hyllorna i kemikalieförrådet kollapsade med utsläpp av kemikalier som följd.

Sammanställning redovisas i bilaga.

Vänliga Hälsningar  
2009-01-26

*Klas Nordström*

Klas Nordström  
Skyddsingenjör

NR	YRKESKATEGORI	ARBETSSTÄLLE	SKADA	TID	SJUK SKRIV- NING	VERKSAMHET	ÅTGÄRD
Tillbud	Lektor	Fysiska institutionen	Blåmärke på arm	08 07		Olycka med cykel på väg hem från arbete	Ingen åtgärd
Tillbud		Fysiska institutionen (Fasta tillståndets fysik)		08 06		Kemikalier föll ur skåp, då hylla kollapsade. 5-10 l rann ut på golvet.	Belasta hyllorna mindre. Översyn av skåp.
Tillbud	Doktorand	Fysiska institutionen (Fasta tillståndets fysik)	Brännskada på finger	08 10		Heliumgas kom i kontakt med fingrar vid bristande koppling	Bättre riskbedömningar. Beteende vid brännskada